

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТРОМС»**

28009, м. Олександрія, провулок Весняний 7, КІРОВОГРАДСЬКЕ

РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК",

р/р UA853052990000026007015100560,

МФО 323583, ЄДРПОУ 41876882

e-mail: a0935410382@gmail.com т. 0935410382

**АКТ** обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № \_\_\_\_

На (не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «17» 05 2021 р.

Організація (підприємство): **КНП «ЦМКЛ» Дружківської міської ради**

№ п/п	Назва обладнання	Кількість	Рік випуску	Інвентарний номер	Заводський номер	Паспорт	Висновок обстеження
1.	Апарат рентгенівський	1	1976	101470461	634	РУМ-20	Вихід з ладу основної плати мікропроцесорного блоку. Вихід з ладу реле часу. Вихід з ладу приводу управління дверей. Вихід з ладу внаслідок згорання обмоток високовольтних трансформаторів, діодних мостів випрямлячів генераторного пристрою. Вихід з ладу токопровідних жил високовольтних кабелів. Вихід з ладу термоконтактора. Ремонт економічно недоцільний.

**Загальні висновки технічного обстеження:** надані на обстеження зразки електрообладнання знаходяться у несправному стані. Ремонт слід вважати недоцільним через фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи даного обладнання та вартість відновлювальних робіт, що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку. Відповідно до результатів дефектації електрообладнання технічний стан визнається не придатним до експлуатації, в зв'язку з відсутністю деталей запасних частин, що зняті з виробництва, проводити ремонт обладнання, яке відпрацювало амортизаційний термін, неможливо.

Акт обстеження складено на 1 аркуші.

Обстежено 1 одиниця.

Дефектолог  
**ТОВ «АРТРОМС»**



Козінов Ю.В.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТРОМС»**

28009, м. Олександрія, провулок Весняний 7, КІРОВОГРАДСЬКЕ  
РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК",  
р/р UA853052990000026007015100560,  
МФО 323583, ЄДРПОУ 41876882  
e-mail: a0935410382@gmail.com т. 0935410382

**АКТ обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № \_\_\_\_**

На (не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «17» 05 2021 р.

Організація (підприємство): **КНП «ЦМКЛ» Дружківської міської ради**

№ п/п	Назва обладнання	Кількість	Рік випуску	Інвентарний номер	Заводський номер	Паспорт	Висновок обстеження
1.	Пральна машина	1	1991	101492621	1535		Вихід з ладу електродвигуна, барабану, шестерні. Вихід з ладу кнопок на панелі управління. Пошкодження зливної системи. Перегорання контактів. Корозійні пошкодження корпусу.

**Загальні висновки технічного обстеження:** надані на обстеження зразки електрообладнання знаходяться у несправному стані. Ремонт слід вважати недоцільним через фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи даного обладнання та вартість відновлювальних робіт, що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку. Відповідно до результатів дефектації електрообладнання технічний стан визнається не придатним до експлуатації, в зв'язку з відсутністю деталей запасних частин, що зняті з виробництва, проводити ремонт обладнання, яке відпрацювало амортизаційний термін, неможливо.

Акт обстеження складено на 1 аркуші.  
Обстежено 1 одиниця.

Дефектолог  
**ТОВ «АРТРОМС»**



Холявко Р.В.



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТРОМС»**

28009, м. Олександрія, провулок Весняний 7, КІРОВОГРАДСЬКЕ  
РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК",  
р/р UA853052990000026007015100560,  
МФО 323583, ЄДРПОУ 41876882  
e-mail: a0935410382@gmail.com т. 0935410382

**АКТ обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № \_\_**

На (не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «17» 05 2021 р.

Організація (підприємство): **КНП «ЦМКЛ» Дружківської міської ради**

№ п/п	Назва обладнання	Кількість	Рік випуску	Інвентарний номер	Заводський номер	Паспорт	Висновок обстеження
1.	Машина холоди́льна	1	1994	101492594	Д-93	2ИХМ-3-1-2РО	Фізичний знос поршню, сальників та підшипників блоку циліндра компресора. Фізичний знос клапанного механізму блоку циліндра компресора. Вихід з ладу маховика компресора

**Загальні висновки технічного обстеження:** надані на обстеження зразки електрообладнання знаходяться у несправному стані. Ремонт слід вважати недоцільним через фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи даного обладнання та вартість відновлювальних робіт, що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку. Відповідно до результатів дефектації електрообладнання технічний стан визнається не придатним до експлуатації, в зв'язку з відсутністю деталей запасних частин, що зняті з виробництва, проводити ремонт обладнання, яке відпрацювало амортизаційний термін, неможливо.

Акт обстеження складено на 1 аркуші.

Обстежено 1 одиниця.

Дефектолог  
**ТОВ «АРТРОМС»**



Холявко Р.В.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТРОМС»**

28009, м. Олександрія, провулок Весняний 7, КІРОВОГРАДСЬКЕ  
РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК",  
р/р UA853052990000026007015100560,  
МФО 323583, ЄДРПОУ 41876882  
e-mail: a0935410382@gmail.com т. 0935410382

**АКТ обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № \_\_\_\_**

На (не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «17» 05 2021 р.

Організація (підприємство): **КНП «ЦМКЛ» Дружківської міської ради**

№ п/п	Назва обладнання	Кількість	Рік випуску	Інвентарний номер	Заводський номер	Паспорт	Висновок обстеження
1.	Машина холодильна	1	1994	101492575	Д.1.8.7	2ИХМ-3-1-2РО	Вихід з ладу внаслідок згорання двигуна. Фізичний знос ротора та лопастей вентилятора двигуна. Пошкодження цілісності клинового ремня.

**Загальні висновки технічного обстеження:** надані на обстеження зразки електрообладнання знаходяться у несправному стані. Ремонт слід вважати недоцільним через фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи даного обладнання та вартість відновлювальних робіт, що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку. Відповідно до результатів дефектації електрообладнання технічний стан визнається не придатним до експлуатації, в зв'язку з відсутністю деталей запасних частин, що зняті з виробництва, проводити ремонт обладнання, яке відпрацювало амортизаційний термін, неможливо.

Акт обстеження складено на 1 аркуші.  
Обстежено 1 одиниця.

Дефектолог  
**ТОВ «АРТРОМС»**



Холявко Р.В.



28009, м. Олександрія, провулок Весняний 7, КІРОВОГРАДСЬКЕ  
РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК",  
р/р UA853052990000026007015100560,  
МФО 323583, ЄДРПОУ 41876882  
e-mail: a0935410382@gmail.com т. 0935410382

**АКТ обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № \_\_**

На (не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «17» 05 2021 р.

Організація (підприємство): **КНП «ЦМКЛ» Дружківської міської ради**

№ п/п	Назва обладнання	Кількість	Рік випуску	Інвентарний номер	Заводський номер	Паспорт	Висновок обстеження
1.	Котел харчоварочний електричний	1	1990	101492562	1743	КПЭ-250-1м	Вихід з ладу нагрівальних елементів, корозійні пошкодження та розгерметизація котла. Ремонт економічно недоцільний

**Загальні висновки технічного обстеження:** надані на обстеження зразки електрообладнання знаходяться у несправному стані. Ремонт слід вважати недоцільним через фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи даного обладнання та вартість відновлювальних робіт, що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку. Відповідно до результатів дефектації електрообладнання технічний стан визнається не придатним до експлуатації, в зв'язку з відсутністю деталей запасних частин, що зняті з виробництва, проводити ремонт обладнання, яке відпрацювало амортизаційний термін, неможливо.

Акт обстеження складено на 1 аркуші.

Обстежено 1 одиниця.

Дефектолог  
**ТОВ «АРТРОМС»**



Холявко Р.В.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТРОМС»**

28009, м. Олександрія, провулок Весняний 7, КІРОВОГРАДСЬКЕ

РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК",

p/p UA853052990000026007015100560,

МФО 323583, ЄДРПОУ 41876882

e-mail: a0935410382@gmail.com т. 0935410382

**АКТ обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № \_\_\_\_**

На (не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «17» 05 2021 р.

Організація (підприємство): **КНП «ЦМКЛ» Дружківської міської ради**

№ п/п	Назва обладнання	Кількість	Рік випуску	Інвентарний номер	Заводський номер	Паспорт	Висновок обстеження
1.	Гемокоагулометр	1	2004	101472680	408120	СОЛ 2.850.005-01	Вихід з ладу блоку підготовки проб, перегорання контактів та плати управління. Ремонт економічно недоцільний.

**Загальні висновки технічного обстеження:** надані на обстеження зразки електрообладнання знаходяться у несправному стані. Ремонт слід вважати недоцільним через фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи даного обладнання та вартість відновлювальних робіт, що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку. Відповідно до результатів дефектації електрообладнання технічний стан визнається не придатним до експлуатації, в зв'язку з відсутністю деталей запасних частин, що зняті з виробництва, проводити ремонт обладнання, яке відпрацювало амортизаційний термін, неможливо.

Акт обстеження складено на 1 аркуші.

Обстежено 1 одиниця.

Дефектолог  
**ТОВ «АРТРОМС»**



Козіонов Ю.В.



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТРОМС»**

28009, м. Олександрія, провулок Весняний 7, КІРОВОГРАДСЬКЕ  
РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК",  
р/р UA853052990000026007015100560,  
МФО 323583, ЄДРПОУ 41876882  
e-mail: a0935410382@gmail.com т. 0935410382

**АКТ обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № \_\_\_\_**

На (не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «17» 05 2021 р.

Організація (підприємство): **КНП «ЦМКЛ» Дружківської міської ради**

№ п/п	Назва обладнання	Кількість	Рік випуску	Інвентарний номер	Заводський номер	Паспорт	Висновок обстеження
1.	Флюорограф 12 Ф7К	1	1980	101470029	АЭ- 64№8102 4		Згорання обмотки статора. Вихід з ладу фото помножувача, електродвигуна та запобіжника. Вихід з ладу за терміном експлуатації. Ремонт економічно недоцільний

**Загальні висновки технічного обстеження:** надані на обстеження зразки електрообладнання знаходяться у несправному стані. Ремонт слід вважати недоцільним через фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи даного обладнання та вартість відновлювальних робіт, що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку. Відповідно до результатів дефектації електрообладнання технічний стан визнається не придатним до експлуатації, в зв'язку з відсутністю деталей запасних частин, що зняті з виробництва, проводити ремонт обладнання, яке відпрацювало амортизаційний термін, неможливо.

Акт обстеження складено на 1 аркуші.

Обстежено 1 одиниця.

Дефектолог  
**ТОВ «АРТРОМС»**



Козіонов Ю.В.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТРОМС»**

28009, м. Олександрія, провулок Весняний 7, КІРОВОГРАДСЬКЕ

РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК",

р/р UA853052990000026007015100560,

МФО 323583, ЄДРПОУ 41876882

e-mail: a0935410382@gmail.com т. 0935410382

**АКТ** обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № \_\_\_\_

На (не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «17» 05 2021 р.

Організація (підприємство): КНП «ЦМКЛ» Дружківської міської ради

№ п/п	Назва обладнання	Кількість	Рік випуску	Інвентарний номер	Заводський номер	Паспорт	Висновок обстеження
1.	Гастродуденоскоп Пучок	1	1988	101471553	882185	МТ-11	Пошкодження клапану подання повітря, вихід з ладу оптики. Механічні пошкодження, порушення цілісності. Вихід з ладу за терміном експлуатації

**Загальні висновки технічного обстеження:** надані на обстеження зразки електрообладнання знаходяться у несправному стані. Ремонт слід вважати недоцільним через фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи даного обладнання та вартість відновлювальних робіт, що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку. Відповідно до результатів дефектації електрообладнання технічний стан визнається не придатним до експлуатації, в зв'язку з відсутністю деталей запасних частин, що зняті з виробництва, проводити ремонт обладнання, яке відпрацювало амортизаційний термін, неможливо.

Акт обстеження складено на 1 аркуші.

Обстежено 1 одиниця.

Дефектолог  
ТОВ «АРТРОМС»



Козіонов Ю.В.



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТРОМС»**

28009, м. Олександрія, провулок Весняний 7, КІРОВОГРАДСЬКЕ

РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК",

p/p UA853052990000026007015100560,

МФО 323583, ЄДРПОУ 41876882

e-mail: a0935410382@gmail.com т. 0935410382

**АКТ обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) №** \_\_

На (не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «17» 05 2021 р.

Організація (підприємство): **КНП «ЦМКЛ» Дружківської міської ради**

№ п/п	Назва обладнання	Кількість	Рік випуску	Інвентарний номер	Заводський номер	Паспорт	Висновок обстеження
1.	Гастродуоденоскоп Пучок	1	1986	101471386	86874	МТ-11	Вихід з ладу системи освітлення, пошкодження фокусної лінзи фотокамери та цілісності дистального кінця. Вихід з ладу за терміном експлуатації

**Загальні висновки технічного обстеження:** надані на обстеження зразки електрообладнання знаходяться у несправному стані. Ремонт слід вважати недоцільним через фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи даного обладнання та вартість відновлювальних робіт, що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку. Відповідно до результатів дефектації електрообладнання технічний стан визнається не придатним до експлуатації, в зв'язку з відсутністю деталей запасних частин, що зняті з виробництва, проводити ремонт обладнання, яке відпрацювало амортизаційний термін, неможливо.

Акт обстеження складено на 1 аркуші.

Обстежено 1 одиниця.

Дефектолог  
**ТОВ «АРТРОМС»**



Козіонов Ю.В.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТРОМС»**

28009, м. Олександрія, провулок Весняний 7, КІРОВОГРАДСЬКЕ  
РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК",  
р/р UA853052990000026007015100560,  
МФО 323583, ЄДРПОУ 41876882  
e-mail: a0935410382@gmail.com т. 0935410382

**АКТ обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № \_\_\_\_**

На (не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «17» 05 2021 р.

Організація (підприємство): **КНП «ЦМКЛ» Дружківської міської ради**

№ п/п	Назва обладнання	Кількість	Рік випуску	Інвентарний номер	Заводський номер	Паспорт	Висновок обстеження
1.	Колоноскоп	1	1988	101471565	882769	КУ-ВО-1	Прокол гумового обплетення згинальної частини, обрив тросів управління дистальним кінцем. Вихід з ладу за терміном експлуатації.

**Загальні висновки технічного обстеження:** надані на обстеження зразки електрообладнання знаходяться у несправному стані. Ремонт слід вважати недоцільним через фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи даного обладнання та вартість відновлювальних робіт, що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку. Відповідно до результатів дефектації електрообладнання технічний стан визнається не придатним до експлуатації, в зв'язку з відсутністю деталей запасних частин, що зняті з виробництва, проводити ремонт обладнання, яке відпрацювало амортизаційний термін, неможливо.

Акт обстеження складено на 1 аркуші.

Обстежено 1 одиниця.

Дефектолог  
**ТОВ «АРТРОМС»**



— Козіонов Ю.В.



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТРОМС»**

28009, м. Олександрія, провулок Весняний 7, КІРОВОГРАДСЬКЕ  
РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК",  
р/р UA853052990000026007015100560,  
МФО 323583, ЄДРПОУ 41876882  
e-mail: a0935410382@gmail.com т. 0935410382

**АКТ обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № \_\_\_\_**

На (не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «17» 05 2021 р.

Організація (підприємство): **КНП «ЦМКЛ» Дружківської міської ради**

№ п/п	Назва обладнання	Кількість	Рік випуску	Інвентарний номер	Заводський номер	Паспорт	Висновок обстеження
1.	Колоноскоп	1	1986	101471385	86/24	КС-ВО-1	Вихід з ладу ракової шийки, порушення цілісності інструментального каналу колоноскопу. Вихід з ладу за терміном експлуатації

**Загальні висновки технічного обстеження:** надані на обстеження зразки електрообладнання знаходяться у несправному стані. Ремонт слід вважати недоцільним через фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи даного обладнання та вартість відновлювальних робіт, що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку. Відповідно до результатів дефектації електрообладнання технічний стан визнається не придатним до експлуатації, в зв'язку з відсутністю деталей запасних частин, що зняті з виробництва, проводити ремонт обладнання, яке відпрацювало амортизаційний термін, неможливо.

Акт обстеження складено на 1 аркуші.

Обстежено 1 одиниця.

Дефектолог  
**ТОВ «АРТРОМС»**




Козіонов Ю.В.

КНП "ЦМКЛ "Дружківської міської ради  
(установа)

Ідентифікаційний код за ЄДРНОУ

01990462

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
12 жовтня 2021 року № 1000



## ВІДОМІСТЬ

про об'єкти державної власності, що пропонуються до списання  
станом на 01 травня 2021 р.

№ з/п	Найменування, стисла характеристика та призначення об'єкта	Рік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію)	Номер			Інформація про проведення модернізації, добування, реконструкції	Вартість здійснених капітальних інвестицій, гривень	Первісна вартість, гривень	Сума нарахованого зносу (накопиченої амортизації), гривень	Балансова (залишкова) вартість, гривень	Ліквідаційна (персони на) вартість, гривень	Наявність дорожніх металів
			інвентарний/номенклатурний	заводський	паспорта							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Колоноскоп	1986	101471385	86/24	КС-80-1			11604,00	11604,00	0,00		срібло-0,155
2	Колоноскоп	1988	101471565	882769	КУ-80-1			11581,00	11581,00	0,00		срібло-0,28
3	Гастроуденоскоп Пучок	1988	101471553	882185	МТ-11			14257,00	14257,00	0,00		срібло-0,28
4	Гастроуденоскоп Пучок	1986	101471386	86874	МТ-11			13234,00	13234,00	0,00		срібло-0,155
5	Флюорограф 12 Ф7К	1980	101470029	АЭ-64N81024				11536,00	11536,00	0,00		срібло-0,099481, золото-0,184595, палладій-0,163542
6	Гемокоагулометр	2004	101472680	408120	СОЛ 2.850.005-01			17327,00	17327,00	0,00		срібло-21,6029
7	Котел харчоварочний електр	1990	101492562	1743	КПЭ-250-1м			10122,00	10122,00	0,00		срібло-8,489, золото-0,131
8	Машина холодильна	1994	101492575	Д.1.8.7	ЗИММ-3-1-2РО			15627,00	15627,00	0,00		срібло-8,489, золото-0,131
9	Машина холодильна	1994	101492594	Д-93	ЗИММ-3-1-2РО			15627,00	15627,00	0,00		срібло-3,88
10	Апарат рентгенівський	1976	101470461	634	РУМ-20			44667,00	44667,00	0,00		
11	Пральна машина	1991	101492621	1535				11089,00	11089,00	0,00		
Усього								176671,00	176671,00	0,00		

Дані про дорожні метали: золото-0,459881, срібло-54,570098, палладій-0,163542

Головний бухгалтер

*Л.Е. Черепанова*

(підпис)

Л.Е. Черепанова

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.06.2015 № 572  
ЗАТВЕРДЖУЮ:  
Головний лікар КНП "ЦМКЛ" Дружківської міської ради  
В.М.Федоренко

КНП "ЦМКЛ" Дружківської міської ради  
(суб'єкт)  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01990462



**АКТ інвентаризації об'єктів державної власності, що пропонується до списання**  
(основні засоби, нематеріальні активи<sup>1</sup>, інші необоротні матеріальні активи, капітальні інвестиції)  
Комунінальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня "Дружківської міської ради" м. Дружківка, 12

розпочато « 05 » травня 20 21 р.  
закінчено « 17 » травня 20 21 р.

Інвентаризацію  
Інвентаризацію

При інвентаризації встановлено таке:

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік випуску	Номер об'єкта			Фактична наявність			за даними бухгалтерського обліку	
			інвентарний	заводський	паспортний	кількість	первісна (переоцінена) вартість, гривень	кількість	первісна (переоцінена) вартість, гривень	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Рахунок 1014	1986	101471385	86/24	КС-ВО-1	1	11604,00	1	11604,00	11604,00
1	Колоноскоп	1988	101471565	882769	КУ-ВО-1	1	11581,00	1	11581,00	11581,00
2	Колоноскоп	1988	101471563	882185	МТ-11	1	14257,00	1	14257,00	14257,00
3	Гастродуоденоскоп Пучок	1986	101471386	86874	МТ-11	1	13234,00	1	13234,00	13234,00
4	Гастродуоденоскоп Пучок	1980	101470029	АЗ-64N851024	б/п	1	11536,00	1	11536,00	11536,00
5	Флюорограф 12 Ф7К	2004	101472680	408120	СОП 2.850.005-01	1	17327,00	1	17327,00	17327,00
6	Гемокатаулометр	1990	101492562	1743	КПЗ-250-1м	1	10122,00	1	10122,00	10122,00
7	Котел харчоварочний електричний	1994	101492575	Д.1.8.7	2ХХМ-3-1-2РО	1	15627,00	1	15627,00	15627,00
8	Машина холодильна	1994	101492594	Д-93	2ХХМ-3-1-2РО	1	15627,00	1	15627,00	15627,00
9	Машина холодильна	1976	101470461	634	РУМ-20	1	44667,00	1	44667,00	44667,00
10	Апарат рентгенівський	1991	101492621	1535	б/п	1	11089,00	1	11089,00	11089,00
11	Пральна машина	1991	101492621	1535	б/п	11	176671,00	11	176671,00	176671,00

Усього по рахунку 1014

11,00 одинадцять

Усього за актом:

(протокол)

11,00 одинадцять

(протокол)

1) Загальна кількість об'єктів (фактично):

2) на суму, гривень (фактично)

Сто сімдесят шість тисяч шістьсот сімдесят одна грн. 00 коп.

(протокол)

Голова комісії

Члени комісії:

Заст. головного лікаря

Бухгалтер з обліку

Інженер КНП "ЦМКЛ"

Головна медична сестра

Інженер з охорони праці

Шур С.В.

(підпис)

Кірювська Н.В.

(підпис)

Тормозова І.В.

(підпис)

Тютликова П.О.

(підпис)

Прилепська В.М.

(підпис)